Imprimer la page

PROLONGATEURS / EXTENSIONS

Double prolongateur pour transmission de pressions

Indications

Les doubles prolongateurs servent d'interface entre la sonde pour bilan urodynamique et les capteurs de pression, et évitent toute contamination du capteur lors des manipulations.
Ils sont spécialement indiqués pour les transmissions des pressions vésicale et urétrale.

Caractéristiques

Les doubles prolongateurs pour transmission de pression font partie du concept Vermed ® d'urodynamique.
Le concept Vermed ® est un ensemble complet de dispositifs, conçu pour la réalisation de bilans urodynamiques, qui associe sécurité et qualité des mesures.
Les doubles prolongateurs pour transmission de pression sont utilisés spécifiquement pour la mesure à l' eau des pressions vésicale et urétrale.
Ils permettent de relier les capteurs de pression aux voies respectives des sondes 2 voies Bohler ou 3 voies pour bilan urodynamique, afin de transmettre les pressions sans perte de charge ni artefact.
Ce prolongateur est constitué de deux canaux jointifs (rouge transparent pour la voie urétrale et bleu transparent pour la voie vésicale).
Chacun de ces tubes a une embase luer lock femelle et un embout luer lock mâle.
Les embouts luer lock mâle sont protégés par un protecteur luer lock femelle ouvert à son extrémité afin de permettre la purge du prolongateur sans la retirer.

Mode d'emploi

Pendant l'installation, respecter les techniques usuelles d'aseptie.
Le capteur de pression doit être préalablement installé.
Connecter l'embase luer lock femelle de la sonde au capteur.
A l'aide d'une seringue de 3 ml aspirer environ 2 ml d'air restant dans le montage sonde capteur.
Fermer le robinet du capteur.
Introduire la sonde dans l'ampoule rectale du patient.
Réinjecter le volume d'air après avoir ouvert le robinet du capteur.
Refermer le robinet du capteur en maintenant le piston de la seringue en butée.
Faire les zéros pression.
Déconnecter la sonde du capteur en fin d'examen avant de la retirer.

Précautions d'emploi

Ce produit est à usage unique.
Une connaissance approfondie des principes techniques et physiques de l'urodynamique est essentielle pour utiliser ce matériel.

Durée de validité

La durée de validité du double prolongateur est de 5 ans à partir de la date de stérilisation.

Stérilisation

Oxyde d'éthylène

Référence	Longueur (cm)	Présentation	Conditionnement
85013	50	1 dble prolongateur en sachet pelable	boîte de 20 sachets
85014	100	1 dble prolongateur en sachet pelable	boîte de 20 sachets
85015	120	1 dble prolongateur en sachet pelable	boîte de 20 sachets
85021	140	1 dble prolongateur en sachet pelable	boîte de 20 sachets

Double prolongateur équilibré

Indications

Utilisé en complément de la sonde Bohler II * lors des examens de cystomanométrie et de sphinctérométrie, ce double

prolongateur préserve un équilibrage optimal entre les mesures de pressions vésicales et urétrales, aussi bien en statique qu'en dynamique.
Sa connection et déconnection rapide à la sonde (luer lock) facilite la vidange et le remplissage de la vessie et rend inutile les sondages multiples et l'utilisation d'une sonde urinaire annexe.
Spécialement étudié pour minimiser les pertes de charge, les zéros pression peuvent être réalisés en bout de ce prolongateur, ce qui évite de sortir la sonde.
D'une longueur suffisante, il protège le capteur de toute contamination accidentelle.

Caractéristiques

Ce double prolongateur fait partie du concept Vermed ® d'urodynamique.
Le concept Vermed ® est un ensemble complet de dispositifs, conçu pour la réalisation de bilans urodynamiques, qui associe sécurité et qualité des mesures.
Etudié pour transmettre les mesures de pression et servir d'interface entre les capteurs de pression et la sonde Bohler II *, aussi bien en version longue qu'en version courte; Ce prolongateur est constitué de deux canaux de sections différentes : une voie urétrale **rouge** de section supérieure à la voie vésicale **bleue**, et est un interface fiable pour la transmission de pressions.
Il est équilibré quelle que soit sa longueur, et proposé en 50 et 120 cm

Précautions d'emploi

Ce produit est à usage unique.
Une connaissance approfondie des principes techniques et physiques de l'urodynamique est essentielle pour utiliser ce matériel.

Durée de validité

La durée de validité du double prolongateur est de 5 ans à partir de la date de stérilisation.

Stérilisation

Oxyde d'éthylène

Référence	Longueur (cm)	Présentation	Conditionnement
85045	50	1 dble prolongateur en sachet pelable	boîte de 20 sachets
85046	120	1 dble prolongateur en sachet pelable	boîte de 20 sachets

Prolongateur basse pression

Indications

Caractéristiques

Précautions d'emploi

Ce produit est à usage unique.
Une connaissance approfondie des principes techniques et physiques de l'urodynamique est essentielle pour utiliser ce matériel.

Durée de validité

La durée de validité du double prolongateur est de 5 ans à partir de la date de stérilisation.

Stérilisation

Oxyde d'éthylène

Référence	Présentation	Conditionnement
59194	?	?

Extension de ligne

Indications

Raccordement de la ligne de remplissage vésical à la voie de remplissage vésical de la sonde pour bilan urodynamique

à eau.
Protection de la ligne de remplissage vésical contre:
- les contacts directs sonde / ligne de remplissage
- les vidanges vésicales accidentelles côté ligne de remplissage.

Caractéristiques

Cette extension fait partie du concept Vermed ® d' urodynamique.
Le concept Vermed ® est un ensemble complet de dispositifs, conçu pour la réalisation de bilans urodynamiques, qui associe sécurité et qualité des mesures.
Elle est munie d'une valve anti-retour autorisant la circulation du liquide de perfusion uniquement dans le sens du remplissage.
Elle est composée d'un tube, d'une embase, et d'une valve anti-retour munie d'un protecteur du raccord à la valve.

Précautions d'emploi

Ce produit est à usage unique.
Une connaissance approfondie des principes techniques et physiques de l'urodynamique est essentielle pour utiliser ce matériel.

Durée de validité

La durée de validité du double prolongateur est de 5 ans à partir de la date de stérilisation.

Stérilisation

Oxyde d'éthylène

Référence	Présentation	Conditionnement
85016	1 extension en sachet pelable	boîte de 20 sachets